

WARTUNGSPLAN

XMEDTECH

Wartungsplan für professionelle Kosmetikgeräte

Vorbeugende Wartung gemäß Herstellerempfehlungen und bewährter technischer Praxis

Allgemeine Angaben

Wartungsplan-Nr.: _____

Erstellt am: _____

Nächste Aktualisierung: _____

Unternehmen

Studio / Unternehmen

Ansprechpartner

Adresse

Telefon

E-Mail

Gerätedaten

Geräteart

☐ Diodenlaser

☐ IPL / SHR

☐ HIFU

☐ RF

☐ EMS

☐ Hydrafacial

☐ Kryolipolyse

☐ CO₂-Laser

☐ Nd:YAG-Laser

☐ Alexandrit-Laser

☐ Pico-Laser

☐ Ultraschall

☐ Plasma

☐ Microneedling

☐ Sonstiges

Hersteller

Modell

Seriennummer

Standort

Wartungsintervalle

Wartungsmaßnahme	Täglich	Wöchentlich	Monatlich	Halbjährlich	Jährlich	Erledigt
Sichtprüfung	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Gerätefunktion prüfen	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Reinigung Gehäuse	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Handstücke reinigen	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kabel prüfen	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Lüfter reinigen	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Wasserstand prüfen	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kühlwasser kontrollieren	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Filter prüfen	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Filter wechseln	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Wasser wechseln	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sensoren prüfen	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sicherheitsfunktionen prüfen	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Software prüfen	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Firmware aktualisieren	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kalibrierung	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Funktionsprüfung	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Durchgeführte Wartungen

Datum Wartungsart Techniker Nächste Wartung

Dokumentierte Maßnahmen

- ☐ Reinigung durchgeführt
- ☐ Kühlmittel geprüft
- ☐ Wasser ersetzt
- ☐ Filter ersetzt

- ☐ Handstück geprüft
- ☐ Netzteil geprüft
- ☐ Mainboard geprüft
- ☐ Sensoren geprüft
- ☐ Display geprüft
- ☐ Software geprüft
- ☐ Firmware aktualisiert
- ☐ Sicherheitsprüfung durchgeführt
- ☐ Funktionsprüfung bestanden

Festgestellte Mängel

Empfohlene Maßnahmen

- ☐ Keine Maßnahmen erforderlich
- ☐ Wartung fortsetzen
- ☐ Reparatur empfohlen
- ☐ Ersatzteile austauschen
- ☐ Kalibrierung erforderlich
- ☐ Sicherheitsprüfung empfohlen
- ☐ Gerät außer Betrieb nehmen
- ☐ Sonstiges

Nächste geplante Wartung

Datum

Verantwortlicher

Bemerkungen

Unterschriften

Verantwortlicher Techniker

Name

Datum

Unterschrift

Betreiber / Studio

Name

Datum

Unterschrift

XMEDTECH
Technik, die Vertrauen schafft.
Dr. Robert Koch Str. 13
51465 Bergisch Gladbach
Telefon: 0220 294 28 722
Mobil: 0177 1818462
E-Mail: info@xmedtech.de
Web: www.xmedtech.de

Gerät	Empfohlenes Wartungsintervall
Diodenlaser	12 Monate
IPL / SHR	12 Monate
HIFU	12 Monate
RF	12 Monate
EMS	12 Monate
Kryolipolyse	12 Monate
Hydrafacial	12 Monate
CO ₂ -Laser	12 Monate
Nd:YAG-Laser	12 Monate
Alexandrit-Laser	12 Monate
Pico-Laser	12 Monate